



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255.

MELLÉKLET: 1 db.

TÁRGY: Javaslat a „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 Felnőtt háziiorvosi rendelők létrehozása eszközbeszerzés” tárgyú ajánlatkérés megindításának jóváhagyására

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó osztályvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Tisztelt Bizottság!

Előzmény: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) „**TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 Felnőtt háziorvosi rendelők létrehozása eszközbeszerzés**” tárgyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló 9/2018. (V.18.) együttes utasítása (a továbbiakban *Beszerzési szabályzat*) „5. A beszerzési eljárás megindítása, beszerzési értékhatárok” c. pontja 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 16. a), e) alapján a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a beérkezett indikatív árajánlatok alapján elegendő árajánlatkéréssel elindítani az eszközök beszerzését, tekintettel arra, hogy a beszerzési értékhatárt nem éri el ezen termékek esetében a becsült érték.

Az ajánlatkérés tárgya: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 „Felnőtt háziorvosi rendelők” című projekt megvalósításához szükséges orvosi eszközök és orvosi bútorok beszerzésre. **(Ajánlatkérő által meghatározott helyszínre történő szállítással.)**

A beszerzendő termékek listáját jelen Előterjesztés:

- 1.: orvosi eszközök
- 2.: orvosi bútorok

A megrendelés becsült értéke:

1. orvosi eszközök: nettó 2.988.346,-Ft (bruttó 3.795.200,-Ft)
2. orvosi bútorok: nettó 4.041.988 Ft (bruttó 5.133.325 Ft)

A teljesítés időtartama: Megrendeléstől számított 4 hét

Rendelkezésre álló fedezet összege és forrása: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szolgáltatás fedezetét a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószerű projekt költségvetése terhére biztosítja.

Meghívandók listája és elérhetőségeik:

Cégnév	Kapcsolattartó neve	Adószáma	E-mail címe
REXTRA Kft. (7633 Pécs, Erkel Ferenc u.6/a.)	Jancsa Szilvia irodavezető	10437247-241	pecs@rexta.hu
Wellmed Magyarország Kft. (1027 Budapest, Margit krt. 35.)	Balasi Tamás	23924989-2-41	wellmed@wellmed.hu

Global Clean 2005 Kft (1046 Budapest, Külső- Szilágyi út 44.)	Tóth László	13588964-2-41	palyzat@globalclean2005.hu
---	-------------	---------------	----------------------------

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására.

Szekszárd, 2023. november 13.

dr. Gerzsei Edit
igazgatóságvezető

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

.../2023. (XI.....) határozata

„TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 Felőtt háziiorvosi rendelők létrehozása eszközbeszerzés” tárgyú ajánlatkérés megindításának jóváhagyásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 16.a), e) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva

1. Jóváhagyja az Előterjesztés írásbeli és vagy szóbeli kiegészítése (és jegyzőkönyvben rögzítettek) során megadott Ajánlattevői kört.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. dönt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 Felőtt háziiorvosi rendelők létrehozása eszközbeszerzés” tárgyú ajánlatkérés megindításának elfogadásáról az előterjesztés szerinti tartalommal;

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a határozattal kapcsolatos eljárási cselekmények megtételére;

Határidő: döntéshozatal napját követő 10 munkanapon belül

Felelős: dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

Eszközlista - projekt keretében, támogatásból beszerezni kívánt eszközök listája

	Eszköz megnevezése (1-7. dr. Papp Zoltán, 8-12. dr. Bálint Orsolya)	Műszaki leírás, termékspecifikáció	darabszám	nettó egység ár	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
1.	szék kórtermi támlás króm fehér	Króm acél lábazat Csúszásgátló talpak Kárpitozott ülő- és hátlap ülés magasság: min. 39 - max. 41 cm Teljes magasság: min. 76 - max. 80 cm	23				
2.	szekrény kartoték 10 fiók	Könnyen kihúzható görgősínes fiókokkal. 10 fiókos 2 oszlopos kivitel. A/5-ös fekvőkartonokhoz. Laminált bútortalpból készült szekrényttest. Az ajtó biztonsági zárral van ellátva. Fehér alapszínben. Mérete: min. 67 - max. 70 x min. 125 - max. 131 x min. 57 - max. 60 cm (szélesség, magasság, mélység)	2				

3.	szekrény műszer 2 ajtós	<p>Fehér bútorlapból készült műszerszekrény. Alul fa, felül üveg ajtóval. Fa polcokkal. Alul-felül biztonsági zárral ellátva. Mérete: min. 86 - max. 90 x min. 171 - max. 180 x min. 57 - max. 60 cm (szélesség, magasság, mélység)</p>	2				
4.	vizsgálóágy belgyógyászati-fehér	<p>Vizsgálóágy: fekvőrésze szivaccsal ellátott, műbőrrel kárpitozott faforgácslap Fejrésze több fokozatban, fogazott támasz segítségével állítható. Mérete: min. 181 - max. 190 x min. 57 - max. 60 x min. 72 - max. 75 cm (hosszúság, szélesség, magasság)</p>	2				

5.	szék orvosi görgős fehér műbőr	<p>Magastámlás forgószék, háttámla magasság állítási lehetőséggel.</p> <p>Üléslap-támla szabadon mozgató 2 karos mechanikával.</p> <p>Gázrugós magasságállítóval, ötágú lábc sillaggal.</p>	4				
6.	íróasztal nővér	<p>Anyaga:lábszerkezet: fehér festett fém, asztallap 36 mm vastag fehér laminált forgácslap ABS élzárással, asztalonként 1 db 4 fiókos zárható konténerrel</p> <p>n.m. min. 1093 - max. 1150 x min. 618 - max. 650 x min. 727 - max. 765 mm (hosszúság, mélység, magasság)</p>	3				

7.	Íróasztal orvosi	<p>L alakú asztal, anyaga: lábszerkezet: fehér festett fém, asztallap: 36 mm vastag fehér laminált forgácslap ABS élzárással, 1 db 4 fiókos zárható konténerrel és 1 db zárható asztal alatti szekrényel. n.m. min. 1235 - max. 1300/min. 1093 - max. 1150 x min. 618 - max. 650 x min. 727 - max. 765 mm</p>	1				
8.	szék orvosi görgős szövet szürke	<p>Magastámlás forgószék, háttámla magasság állítási lehetőséggel. Üléslap-támla szabadon mozgó 2 karos mechanikával. Gázrugós magasságállítóval, ötágú lábcillaggal.</p>	1				

9.	szekrény kartoték 10 fiók	<p>Könnyen kihúzható görgősínes fiókkal. 10 fiókos 2 oszlopos kivitel. A/5-os fekvőkartonokhoz. Laminált bútorlapból készült szekrénytest. Az ajtó biztonsági zárral van ellátva. Fehér alapszínben. Mérete: min. 67 - max. 70 x min. 125 - max. 131 x min. 57 - max. 60 cm (szélesség, magasság, mélység)</p>	4				
10.	szekrény műszer 2 ajtós	<p>Fehér bútorlapból készült műszerszekrény. Alul fa, felül üveg ajtóval, fa polcokkal. Alul-felül biztonsági zárral ellátva. Mérete: min. 86 - max. 90 x min. 171 - max. 180 x min. 57 - max. 60cm (szélesség, magasság, mélység)</p>	1				

11.	vizsgálóágy belgyógyászati-fehér	Vizsgálóágy: fekvőrésze szivaccsal ellátott, műbőrrel kárpitozott faforgácslap. Fejrésze több fokozatban támasz segítségével állítható. Mérete: min. 181 - max. 190 x min. 57 - max. 60 x min. 72 - max. 75 cm. (hosszúság, szélesség, magasság)	1				
12.	íróasztal nővér	Anyaga: asztalozat. fém, festett fém, asztallap 36 mm vastag fehér laminált forgácslap ABS élzárással, asztalonként 1 db 4 fiókos zárható konténerrel n.m. min. 1093 - max. 1150 x min. 618 - max. 650 x min. 727 - max. 765 mm (hosszúság, mélység, magasság)	1				
	Összesen:						

Eszközlista - projekt keretében, támogatásból beszerezni kívánt eszközök listája

	Eszköz megnevezése (1-6. dr. Papp Zoltán, 7-11. dr. Bálint Orsolya)	Műszaki leírás, termékspecifikáció	darabszám	nettó egységár	nettó ajánlati ár összesen (Ft)	áfa (Ft)	bruttó ajánlati ár összesen (Ft)
1.	Laborkészülék	<p>Gyorsteszt leolvasó az alapellátásban széles körben alkalmazható eszköz.</p> <p>A műszer immunkromatográfiás elven működő tesztkazetták segítségével képes véna vagy ujjbegyes vérből számszerű, mennyiségi eredmények megjelenítésére.</p> <p>Minta igénye kicsi mindössze 50 µl (kb. két csepp) ujjbegyes vér.</p> <p>Rendelkezik számítógépes adattovábbítási lehetőséggel.</p> <p>Elvégezhető vele: CRP vizsgálat gyulladáso folyamat ellenőrzéséhez FOB</p>	1				
2.	Vizeletvizsgáló készülék	<p>Hálózati feszültségű adapterrel működtethető, IN VITRO diagnosztikai vizeletanalizátor.</p>	1				

3.	Defibrillátor	Defibrillátor félautomata. Rendelkezik számítógépes adattovábbítási lehetőséggel. Műszaki jellemzői: • Garancia:10év • Elem élettartama: kb. 6év • CPR visszajelzés: hang, és metronóm	1				
4.	Kettesy féle (fali, megvilágított) tábla számokkal és Ammon jelekkel (távoli látásélesség vizsgálathoz)	Kettesy 2 oszlopos látásvizsgáló tábla keret. Plexilapon vannak a számok/jelek és az üveglapot hátról világítják meg; falra szerelhető változat. A látásélesség meghatározására szolgáló ún. Kettesy-féle decimális olvasó tábla plexi lap. Számos-villás	1				
5.	LUNEAU Ischihara pseudo- isochromatikus ábrák album teszt 14 lap (színlátás vizsgálatára)	Színlátásvizsgáló könyv 14 lapos	1				
6.	gerincferdülés szűrűsét támogató vizsgáló eszköz, gerinc görbület vizsgáló	gerincferdülés szűrűsét támogató vizsgáló eszköz, gerinc görbület vizsgáló	1				
7.	Boka-kar index meghatározását biztosító automatizált készülék	Boka-kar index meghatározó készülék 4 mandzsettás	1				
8.	Lang tesztek I-II.	A képeslap méretű speciális cilinderlencsékkel borított felületű teszt segítségével a térbeli (sztereoszkópos) látás megléte, vagy hiánya állapítható meg.térbeli látás, két szem együtműködésének vizsgálatára	1				
9.	Kettesy-féle fali megvilágított tábla	és a lapot hátról világítják meg; falra szerelhető változat; Kettesy 2 oszlopos látásvizsgáló tábla keret.	1				
10.	Stycar teszt	Stycar teszt	1				

11.	Ischihara pseudochromatische ábrák album teszt	Színlátásvizsgáló könyv 14 lapos	1				
	Összesen						

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFECTETÉS A JÖVŐBE